

Go Direct® draslíková ión-selektívna elektróda

Kód: GDX-K

Go Direct draslíková ión-selektívna elektróda (ISE) sa používa na meranie koncentrácie draslíkových iónov (Ca^{2+}) vo vodných vzorkách. Je skonštruovaná na použitie s Vernierovým Go Direct ISE zosilňovačom (kód: GDX-ISEA).



Poznámka: Výrobky Vernier sú určené len pre účely výuky. Naše výrobky neodporúčame pre žiadne priemerné, lekárske alebo komerčné procesy, ako je záchrana života, diagnostika pacientov, riadenie výrobných procesov alebo priemerné testovanie akejkoľvek povahy.

Obsah balenia

- Go Direct draslíková ión-selektívna elektróda (Go Direct ión-selektívny elektródový zosilňovač pripojený ku Go Direct draslíkovej ión-selektívna elektróde cez BNC konektor)
- 30 ml fľaštička s kalibračným roztokom vysokej koncentrácie (1000 mg/L K^+)
- 30 ml fľaštička s kalibračným roztokom nízkej koncentrácie (10 mg/L K^+)
- Fľaštička na krátkodobé namáčanie ISE
- Mikro USB kábel.

Kompatibilný softvér

Zoznam softvéru kompatibilného s Go Direct vápnikovou ISE elektródou nájdete na www.vernier.com/manuals/gdx-k.

Úvod

Na nasledujúcom linku nájdete informácie o pripájaní podľa konkrétnej platformy. www.vernier.com/start/gdx-k

Bluetooth spojenie

1. Nainštalujte si na počítač, Chromebook™ alebo na mobilné zariadenie aplikáciu Graphical Analysis 4. Informácie o dostupnosti tejto aplikácie nájdete na www.vernier.com/ga4.
2. Pred prvým použitím, nabíjajte senzor aspoň 2 hodiny.
3. Pripravte elektródu jej namočením do kalibračného roztoku vysokej koncentrácie na dobu 30 minút.

USB spojenie

1. Pripravte elektródu jej namočením do kalibračného roztoku vysokej koncentrácie na dobu 30 minút. Detaily nájdete v časti Použitie senzora.
2. Nainštalujte si na počítač alebo Chromebook™ aplikáciu Graphical Analysis 4. Ak používate LabQuest 2, ubezpečte sa, že jeho softvér

Detaily nájdete v časti Použitie senzora.


4. Zapnite senzor jedným stlačením jeho tlačidla vypínača. Začne blikať Bluetooth® LED.
 5. Spustíte Graphical Analysis 4.
 6. Kliknite alebo dotknite sa Sensor Data Collection.
 7. Na zozname rozpoznaných zariadení kliknite alebo dotknite sa vášho Go Direct senzora. Identifikačná značka vášho senzora sa nachádza v blízkosti čiarového kódu na senzore. Po úspešnom spojení začne Bluetooth LED blikať zeleno.
 8. Kliknutím alebo dotknutím sa Done prejdete do režimu zberu dát.
 9. Odporúčame urobiť dvojbodovú kalibráciu pomocou kalibračných roztokov vysokej a nízkej koncentrácie.
3. Pripojte senzor na USB port.
 4. Spustíte Graphical Analysis 4 alebo zapnete LabQuest 2.
 5. Odporúčame urobiť dvojbodovú kalibráciu pomocou kalibračných roztokov vysokej a nízkej koncentrácie.

LabQuest App je aktuálny. Aktualizáciu softvéru nájdete na www.vernier.com/ga4. Softvér pre aktualizáciu LabQuest App si stiahnete z www.vernier.com/downloads.

Nabíjanie senzora

Pripojte na Go Direct draslíkovú ISE elektródu priložený mikro USB kábel a zapojte ho na dve hodiny do akéhokoľvek USB zariadenia. Pripojenie Go Direct draslíkovej ISE elektródy cez BNC na elektródový zosilňovač počas nabíjania je možné, ale nie je nevyhnutné.

Môžete tiež použiť nabíjaciu USB stanicu Go Wireless Charging Station, kde sa dá naraz nabíjať až osem Go Direct senzorov. Táto stanica sa predáva samostatne (objednávací kód: GDX-CRG). Stav nabíjania indikujú LED na jednotlivých Go Direct senzorochoch.



Nabíjanie	Keď je senzor pripojený na nabíjanie cez mikro USB kábel alebo na nabíjaciu stanicu, svieti modrá LED.
Úplne nabité	Po nabití modrá LED zhasne.

Napájanie senzora

Zapnutie senzora	Jedenkrát stlačte tlačidlo hlavného vypínača. Keď je senzor zapnutý, bliká červená LED.
Uvedenie senzora do režimu spánku.	Ak tlačidlo hlavného vypínača stlačíte a podržite viac ako tri sekundy, senzor prejde do režimu spánku. V režime spánku červená LED neblinká.

Pripojenie senzora

Na nasledujúcom linku nájdete aktuálne informácie o pripájaní:

www.vernier.com/start/gdx-k

Pripojené a nabíja sa.	Keď je senzor pripojený na Graphical Analysis cez USB kábel a nabíja sa, svietia modrá a zelená LED. (Zelená LED je prekrytá modrou LED).
Pripojené a úplne nabité.	Keď je senzor pripojený na Graphical Analysis cez USB kábel a je úplne nabitý, svieti zelená LED.
Nabíjanie cez USB, pripojené cez Bluetooth.	Svieti modrá LED a zelená LED bliká. Zelená blikajúca LED vyzerá biela, pretože je prekrytá modrou LED.

Identifikovanie senzora

Keď sú pripojené dva alebo viac senzorov, jednotlivé senzory môžete identifikovať dotykom alebo kliknutím na Identify v Sensor Information.

Použitie senzora

1. Elektródu pripravíte na meranie pH tak, že uvoľníte uzáver odkladacej fľaštičky a elektródu z fľaštičky a z jej uzáveru vyberiete.
2. Spodnú časť elektródy dobre opláchnite destilovanou alebo deionizovanou vodou.
3. Namočte na 30 minút koniec elektródy do kalibračného roztoku vysokej koncentrácie.
 - ISE elektróda by sa nemala dotýkať spodku nádoby.
 - Malé biele referenčné kontakty v blízkosti konca elektródy majú byť tiež namočené.
 - Dbajte, aby sa pod ISE nezachytili vzduchové bublinky.

4. Pripojte senzor pomocou krokov uvedených v úvode tohto návodu.
5. Odporúčame urobiť dvojbodovú kalibráciu pomocou kalibračných roztokov vysokej a nízkej koncentrácie. Informácie o kalibrácii nájdete v technickej informácii na www.vernier.com/til/4011
6. Po skončení merania opláchnite elektródu destilovanou vodou.
7. Nasuňte na telo elektródy uzáver odkladacej fľaštičky a naskrutkujte ho na odkladaciu fľaštičku tak, aby sa koniec elektródy nedotýkal špongie vo fľaštičke.

Dôležitá poznámka: Senzor neponárajte úplne. BNC spojenie nie je vodotesné.


Dôležitá poznámka: Nenechávajte ISE namáčať viac ako 24 hodín.

Poznámka: Ak je potrebné ISE počas namáčania preniesť mimo laboratória, použite na namáčanie fľaštičku na krátkodobé uskladnenie ISE. Odstráňte z fľaštičky uzáver a naplňte ju do 3/4 objemu roztokom vysokého štandardu. Nasuňte uzáver na ISE, vložte elektródu do fľaštičky a uzáver utiahnite. Pri skladovaní dlhšom ako 24 hodín dbajte, aby bol senzor v odkladacej fľaštičke s mierne navlhčenou špongiou.

Kanály

Go Direct draslíková ISE elektróda má šesť senzorových kanálov. Ich názvy sú:

- Napätie (mV)
- Chloridy (mg/l)
- Chloridy (mg/l)
- Vápnik (mg/l)
- Dusičnany (mg/l)
- Draslík (mg/l)



Poznámka: Štandardný kanál pre túto elektródu je draslíkový kanál. Všetky kanály, okrem napätia, sú navzájom exkluzívne (to znamená, že môžete súčasne zobrazit' jeden kanál koncentrácie a napätie, nie však dva kanály koncentrácie súčasne). Ak chcete merať koncentrácie iných látok, musíte na zosilňovač pripojiť cez BNC inú elektródu, príslušnú na meranie daných iónov.

Kalibrácia senzora

Každý zo senzorov je pred odoslaním nakalibrovaný a kalibračné údaje sú vložené v senzore. Starnutím membrán senzorov sa stáva továrenská kalibrácia neadekvátnou. Preto odporúčame urobiť dvojbodovú kalibráciu.

Poznámka: Ak plánujete použiť elektródu na meranie mimo rozsahu dodaných kalibračných roztokov, budete si musieť pripraviť vlastné roztoky a tieto použiť na namáčanie a kalibráciu. Kalibračné roztoky by sa mali od seba líšiť o dve dekády, napríklad 5 mg/l a 500 mg/l.

Ďalšie informácie o kalibrácii nájdete v technickej informácii na www.vernier.com/til/4011

Technické údaje

Rozsah	90–39,000 ppm
Interferujúce ióny	Rb ²⁺ , Cs ²⁺ , NH ⁴⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Li ⁺
Rozsah pH	2–12 (nekompenzované)
Rozsah teplôt	0–40°C (nekompenzované)
Sklon prevodu elektródy	56 ±4 mV/dekáda pri 25°C
Rozsah napätia, typický	166 mV (1000 ppm), 50 mV (10 ppm)
Odpor elektródy	1–10 MΩ
Presnosť po kalibrácii	±11% z plného rozsahu
Minimálna veľkosť vzorky	Elektróda musí byť ponorená do hĺbky 2,8 cm (1,1 palca)
Presnosť	±16% z plného rozsahu
USB špecifikácia	2.0
Bezdrôtová špecifikácia	Bluetooth 4.2
Maximálny bezdrôtový dosah	30 m
Batéria	300 mA Li-polymérová
Výdrž batérie (pri jednorázovom úplnom nabití)	~24 hodín
Životnosť batérie (dlhodobá)	~500 cyklov úplného nabitia (niekoľko rokov, v závislosti od používania)

Ošetrovanie a údržba

Pre optimálnu životnosť ión selektívnej elektródy je dôležité jej správne ošetrovanie a skladovanie.

- Uloženie ISE na dlhú dobu (viac ako 24 hodín): Navlhčite špongiu, ktorá je na spodku fľaštičky dlhodobého ukladania destilovanou vodou. Po ukončení používania ISE opláchnite jej koniec destilovanou vodou a osušte ho papierovou utierkou. Uvoľnite kryt fľaštičky a vložte do nej ISE. **Poznámka:** Koniec ISE sa NESMIE dotýkať špongie. Skontrolujte, či je referenčná značka vnútri fľaštičky, nemá byť mimo nej ani pod tesnením. Utiahnite kryt. Takto

bude elektróda vo vlhkom prostredí, čo zabráni vyschnutiu referenčných bodov.

- Zosilňovač elektródy uveďte ho do režimu spánku stlačením a podržaním tlačidla na ňom na dobu aspoň tri sekundy. Červená LED prestane blikať, čo indikuje, že senzor je v režime spánku. Po niekoľkých mesiacoch sa batéria vybijie, avšak nepoškodí sa. Po takomto skladovaní zariadenie niekoľko hodín nabíjajte, až kým nie je pripravené na prácu.
- Mokrú uloženie na krátku dobu (do 24 hodín): Naplňte fľaštičku na krátkodobé uloženie do 3/4 objemu kalibračným roztokom vysokej koncentrácie. Uvoľnite uzáver, vložte elektródu do fľaštičky a uzáver utiahnite.

Poznámka: Nevystavujte batériu teplotám nad 35°C (95°F), skrúti to jej živosnosť. Ak je to možné, skladujte zariadenie v priestoroch, kde nebude vystavené extrémnym teplotám.

Údržba a výmena štandardných kalibračných roztokov pre ISE

Presné kalibračné roztoky sú nevyhnutné pre dobré kalibrácie. Ak budete dávať pozor a roztoky, ktoré sú priložené k ISE nekontaminujete, vydržia vám dlho. V určitom momente ich však budete musieť obnoviť. Vernier predáva 500 ml fľaše kalibračných roztokov, draslíkový nízkej koncentrácie, 10 mg/l (kód K-LST), draslíkový vysokej koncentrácie, 1000 mg/l (kód K-HST).

Ak si chcete pripraviť vlastné kalibračné roztoky, použite informácie z nasledujúcej tabuľky. **Poznámka:** Používajte laboratórne sklo pre presné merania, napríklad objemové banky alebo odmerné valce. Všetko laboratórne sklo musí byť veľmi čisté.

Štandardný roztok	Koncentrácia (mg/l alebo ppm)	Metóda prípravy s použitím vysoko kvalitnej destilovanej vody
Štandardný draslíkový (K ⁺) ISE roztok vysokej koncentrácie	1000 mg/l K ⁺	1,907 g KCl / 1 liter roztoku
Štandardný draslíkový (K ⁺) ISE roztok nízkej koncentrácie	10 mg/l K ⁺	Zriedte štandardný roztok vysokej koncentrácie faktorom 100 (z 1000 mg/l na 10 mg/l).*

*Podľa nasledujúceho popisu urobte postupne dve zriedenia.

- a. Zmiešajte 100 ml roztoku štandardu vysokej koncentrácie s 900 ml destilovanej vody. Roztok dobre premiešajte.
- b. Zmiešajte 100 ml roztoku z predchádzajúceho kroku s 900 ml destilovanej vody. Roztok dobre premiešajte.

Výmenné moduly

Draslíková ión-selektívna elektróda obsahuje PVC membránu s obmedzenou

životnosťou. Záruka na tento modul je dvanásť (12) mesiacov od dátumu jeho zakúpenia. Je však možné, že vám modul vydrží pri používaní aj dlhšie ako je jeho záruka. Ak spozorujete zhoršenú odozvu senzora, pravdepodobne nastal čas výmeny jeho membránového modulu. **Dôležitá poznámka:** Membránové moduly neobjednávajte vo veľkom časovom predstihu pred ich použitím, k procesu ich starnutia dochádza aj keď sú len skladované bez používania.

Informácie o batérii

Go Direct ISE senzor má v rukoväti malú lítium-iónovú batériu. Systém je skonštruovaný tak, aby spotrebovával veľmi málo energie, nekladie teda na batériu veľké požiadavky. Aj keď má batéria záruku jeden rok, jej očakávaná životnosť je niekoľko rokov. Je možné objednať náhradné batérie (objednávací kód: GDX-BAT-300).

Odolnosť voči vode

Go Direct ISE senzor nie je odolný voči vode a nesmie byť nikdy ponorený do vody nad jeho BNC spojenie.

Ak sa zariadenie dostane do vody, ihneď vypnite jeho napájanie (stlačte a podržte jeho tlačidlo vypínania po dobu viac ako tri sekundy). Odpojte zo senzora nabíjaci kábel a vyberte z neho batériu. Pred pokusom o jeho zapojenie ho nechajte dobre vysušiť. Nepokúšajte sa ho sušiť pomocou vonkajšieho zdroja tepla.

Ako senzor funguje

Kombinovaná ión-selektívna elektróda pozostáva z iónovo špecifického poločlánku a referenčného poločlánku. Iónovo špecifický poločlánok vytvára potenciál, ktorý sa meria vzhľadom na referenčný poločlánok, a ktorý závisí od aktivity cieľových iónov v meranej vzorke. Pri zmene koncentrácie cieľových iónov v meranej vzorke sa zmení ich aktivita a indikovaný potenciál. Vzťah medzi potenciálom meraným ISE elektródou a aktivitou iónov, teda koncentráciou iónov, je daný Nernstovou rovnicou:

$$E = E_o - 2.303 \frac{RT}{nF} \log(C + C_o)$$

E = nameraný potenciál (mV) medzi ión-selektívnou elektródou a referenčnou elektródou

E_o = štandardný potenciál (mV) medzi ión-selektívnou elektródou a referenčnou elektródou

R = univerzálna plynová konštanta ($R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

T = teplota v K (Kelvinoch), pričom $T \text{ (K)} = 273,15 + t \text{ } ^\circ\text{C}$, kde t je teplota meraného roztoku v $^\circ\text{C}$.

F = Faradayova konštanta (96485 C mol^{-1})

n = mocnosť iónu

C = meraná koncentrácia iónov

C_o = limit detekcie

Keďže R a F sú konštanty, nemenia sa. Elektrický náboj (mocenstvo) meraného iónu je tiež známe. Preto môžeme danú rovnicu zjednodušiť takto:

$$E = E_o - S \cdot \log(C + C_o)$$

kde $S = -2.303 \frac{RT}{nF}$ je ideálny sklon charakteristiky ISE.

Ideálne správanie sa popisuje nasledujúca tabuľka:

Príklad iónu	n (mocenstvo iónu)	S (pri 25 °C), mV/dekádu
Vápnik (Ca^{2+})	+2	+29,58
Draslík (K^+), Amónium (NH_4^+)	+1	+59,16
Dusičnan (NO_3^-), Chlorid (Cl^-)	-1	-59,16

Za predpokladu, že C_o je približne nula, rovnica sa dá prepísať takto:

$$C = 10^{[(E - E_o) / S]}$$

čo umožňuje vypočítať koncentráciu iónov.

Je veľmi dôležité poznamenať, že táto tabuľka odráža ideálne správanie sa. Ión-selektívne elektródy majú sklony svojich charakteristík, ktoré sú obvykle nižšie ako ideálne. Vo všeobecnosti sa prijíma, že prijateľný sklon ISE je v rozmedzí 88-101% ideálu. Sklon (S) je indikátorom vlastnosti ISE. Ak sa sklon po čase podstatne zmení, môže to znamenať, že ISE modul elektródy je potrebné vymeniť.

Potenciál vs. koncentrácia

Na meranie hodnoty potenciálu vodnej vzorky v mV, nie je potrebná kalibrácia. Na prevod hodnoty mV na koncentráciu (v mg/l alebo ppm), softvér používa modifikovanú Nernstovu rovnicu:

$$C = 10^{[(E - E_o) / S_m]}$$

C = nameraná koncentrácia iónov (v mg/l alebo ppm)

E = nameraný potenciál vzorky (mV)

E_o = nameraný potenciál (mV) pri koncentrácii $C = 1 \text{ mg/l } K^{2+}$

S_m = sklon charakteristiky elektródy v mV/dekádu

Hodnota S_m , sklon charakteristiky elektródy, sa stanoví meraním potenciálov dvoch kalibračných roztokov a riešením nasledujúcej rovnice:

$$S_m = - [(nízky štandard - vysoký štandard) / \text{počet dekad}^*]$$

*Dekáda je rozdielový faktor medzi koncentraciami dvoch štandardných roztokov. Napríklad, rozdiel medzi 1mg/l štandardom a 100 mg/l štandardom sú 2 dekády (rozdiel koncentracii je 100, alebo 1×10^2).

Príklad výpočtu, prepočet mV na mg/l

Namerané hodnoty pre tento výpočet sú v nasledujúcom texte:

Roztok	Nameraný potenciál
1 mg/l K ⁺ štandard	-8 mV
10 mg/l K ⁺ štandard	50 mV
1000 mg/l K ⁺ štandard	162 mV
neznáma vzorka	138 mV

$$S_m = - \frac{(50 \text{ mV} - 162 \text{ mV})}{2 \text{ decades}} = 56 \text{ mV/decade}$$

$$C = 10^{[(138 \text{ mV} - (-8 \text{ mV})) / 56 \text{ mV/dekáda}]} = 405 \text{ mg/l K}^+$$

Riešenie problémov

Použitie roztokov na úpravu iónovej sily na zvýšenie presnosti

Štandardnou metódou na dosiahnutie optimálnych výsledkov pri meraní nízkych koncentrácií iónov pomocou ión selektívnych elektród je použitie roztokov na úpravu iónovej sily (ISA) na štandardné roztoky, ako aj na vzorky.

Pridaním ISA zabezpečíte, že celková aktivita iónov v jednotlivých meraných roztokoch bude približne rovnaká, bez ohľadu na konkrétnu koncentráciu iónov.

Toto je zvlášť dôležité pri meraní veľmi malých koncentrácií iónov. ISA roztok neobsahuje ióny, ktoré súvisia so samotnou amóniovou ISE. **Poznámka:** Pridávanie ISA do vzoriek alebo do štandardov podľa nasledujúceho popisu nevyžaduje vysokú presnosť. Postačí pritom počítať kvapky s použitím jednorázovej Beralovej pipety. Pre draslíkovú ISE odporúčame ako ISA roztok 1M roztok NaCl.

Všeobecné rady k použitiu ión-selektívnych elektród nájdete na

www.vernier.com/til/665

Informácie o opravách

Keď ste skúsili kroky riešenia problémov, ale váš senzor má stále nejaký problém, kontaktujte technickú podporu cez kontaktný e-mail alebo telefón autorizovaného zastúpenia Vernier na Slovensku www.vernier.sk. Pomôžeme vám stanoviť, či je potrebné poslať váš senzor do opravy. V prípade potrebnej opravy vám poskytneme informácie ako poslať senzor do opravy.

Príslušenstvo a náhradné diely

Položka	Objednávací kód
Odkladacie fľaštičky, balenie 5 ks	BTL-ES
Kalibračný roztok K ISE vysokého štandardu	K-HST
Kalibračný roztok K ISE nízkeho štandardu	K-LST
Náhradný draslíkový modul	K-MOD
Go Direct BNC draslíková ión-selektívna elektróda	GDX-K-BNC
Go Direct ISE zosilňovač	GDX-ISEA
Mikro USB kábel	CB-USB-MICRO
USB-C na mikro USB kábel	CB-USB-C-MICRO
Go Direct 300 mAh náhradná batéria	GDX-BAT-300

Záruka

Záručné podmienky na území Slovenska sa riadia podmienkami vydanými distribútorom výrobkov Vernier na Slovensku, ktoré sú súčasťou dodávky výrobku, a ostatnými platnými zákonmi. Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade s jeho návodom na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod záruku nespadá nesprávne použitie výrobku, jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie užívateľom a podobné udalosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie a spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje. Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade s jeho návodom na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod záruku nespadá nesprávne použitie výrobku, jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie užívateľom a podobné udalosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje. Záruka kryje len použitie pre účely výuky. Záruka na ISE moduly je jeden rok.

Znehodnocovanie

S použitými elektronickým zariadením a batériami sa musí nakladať osobitne, v súlade s legislatívou, ktorá požaduje príslušné nakladanie s týmito výrobkami, ich opätovné využitie a recykláciu. Ich znehodnocovanie podlieha predpisom, ktoré môžu byť v rôznych krajinách a regiónoch rôzne. Znehodnotenú zariadenia je potrebné odovzdať za účelom ich recyklovania na príslušné zberné miesta. Správnym znehodnotením týchto výrobkov prispějete k správne nakladaniu s odpadom, k jeho opätovnému využitiu a recyklácii. Zabráňte tým možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a na zdravie ľudí, ku ktorému by mohlo dôjsť pri nesprávnom nakladaní s odpadom. Recyklovanie materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje. Ďalšie informácie o zbere a recyklácii použitých výrobkov

získate na miestnych úradoch, od služby zberu odpadov, alebo na predajnom mieste, kde ste si výrobok kúpili.

Batériu neprepichujte, ani ju nevystavujte nadmernej teplote alebo ohňu.



Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať do bežného domového odpadu.

POTVRDENIE FCC ZHODY

Tento prístroj bol testovaný a spĺňa limity pre prístroje triedy B, podľa časti 15, pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené za účelom odôvodnenej ochrany proti rušivým interferenciám pri domových inštaláciách. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade so svojim návodom na obsluhu môže spôsobovať rušivé interferencie v rádiokomunikácii. Nie je však zaručené, že sa pri určitých inštaláciách interferencie nevyskytnú. Ak tento prístroj interferuje s rádiovým alebo televíznym príjmom, čo je možné stanoviť jeho vypnutím a zapnutím, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť interferencie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do inej sieťovej zástrčky, než do ktorej je zapojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo na skúseného rádio/TV odborníka.

FCC upozornenie

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušivé interferencie
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu

Upozornenie na RF expozíciu

Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám stanovenými pre neregulované prostredie. Anténa (antény) použité týmto vysielačom nesmú byť spoločne umiestnené ani pracujúce v spojení s inou anténou alebo vysielačom. Upozorňujeme vás, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate vášho oprávnenia na prevádzku tohto zariadenia.

IC vyhlásenie

Toto zariadenie je v súlade s bezlicenčnou Industry Canada RSS normou (normami). Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušivé interferencie
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.

Industry Canada - Trieda B Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie rádiových vln digitálnym zariadením, ako je uvedené v smernici o zariadeniach spôsobujúcich rušenie, nazvanej „Digitálne prístroje“, ICES-003 Industry Canada. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušivé interferencie

- (2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.

Za účelom zníženia potenciálneho rádiového rušenia iným používateľom, by mal byť typ antény a jej zisk zvolený tak, aby ekvivalentná izotropicky vyžarovaná energia (EIRP) nebola väčšia, ako je povolené pre úspešnú komunikáciu.

Upozornenie na RF expozíciu: Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám stanovenými pre neregulované prostredie. Anténa (antény) použité týmto vysielačom nesmú byť spoločne umiestnené ani pracujúce v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Poznámka: Tento výrobok je citlivým meracím zariadením. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte len dodané káble. Nevystavujte toto zariadenie rušivým elektromagnetickým zdrojom, ako sú mikrovlny, monitory, elektrické motory a elektrické spotrebiče.

Vernier Software & Technology

13979 SW Millikan Way
Beaverton, OR 97005-2886

www.vernier.com

Slovensko: PMS Delta s,r,o,

Fándlyho 1

07101 Michalovce

www.pmsdelta.sk

Preklad: Peter Spišák, 2019



Rev. 6/15/18

Go Direct, Graphical Analysis, LabQuest a iné, tu uvedené značky, sú v Spojených štátoch našimi ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami. Všetky ostatné tu uvedené značky, ktoré nie sú našim vlastníctvom, sú majetkom svojich vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia s nami súvisieť, byť s nami v spojení alebo byť nami sponzorovaní.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami Bluetooth SIG, Inc. a ich použitie spoločnosťou Vernier Software & Technology je licencované. Ostatné ochranné známky a chránené názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.